

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»**

МОУ СОШ № 4
ИНН 8901007912
ИНН 8901005947 КПП 890101001
УФК по ЯНАО (Департамент финансов
Администрации г. Салехарда
л/с 02092010014) БИК 047182000
р/с 40204810100000000004 в РКЦ г. Салехард

Россия, Тюменская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
629001, г. Салехард
ул. В. Артеева 17
E-mail: sh4@rambler.ru
Тел.(fax): 8(34922) 4-77-02

г.Салехард

16.12.2014 г.

**Акт
приемки товара**



Комиссия в составе, директора – Кобцева С.В., заместителя директора по АХЧ – Кузьмина А.В., заместителя директора по НМР – Майоровой Е.Б., учителя физики – Хаблиева Л.Р., учителя физики – Морозовой И.Н., составили настоящий акт о нижеследующем:

Между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и ООО «Учебное оборудование» заключен контракт на поставку лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии № 0190300002114000670-0132346-01 от 16.10.2014 года, согласно п.6.1 настоящего контракта поставка товара осуществляется в срок до 20 ноября 2014 года, фактически поставка осуществлена 16 декабря 2014 года по товарно-транспортной накладной № 14-00663445646 от 27.11.2014 года. В результате приемки товара были выявлены следующие отклонения от вышеуказанного контракта:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика по спецификации	Факт/наличие
1	Набор оборудования для проведение лабораторных и практических работ по разделу физики - динамика	Цифровой счетчик, предназначенный для определения временных характеристик. Технические характеристики цифрового счетчика: Напряжение питания 5В, 350 мА. На лицевой стороне прибора должен быть расположен цифровой дисплей 4-х разрядов, с высотой цифр 19 мм. для отображения результатов измерений. Прибор должен иметь возможность работать в пяти режимах (определение мгновенной скорости на участках пути, определения времени движения тележки от момента старта до контрольной точки, определения полупериода, определения периода, счетчик по определению количества импульсов). К прибору должны подключаться не менее 2 -х световых барьеров с помощью гибких соединительных проводов со	Напряжение питания 12 В

		штекерами диаметрами 4 мм. Габариты корпуса ВхШхД (мм): 190 × 130 × 140, масса не более 920 г	
		Световой барьер с держателем; Технические характеристики: П-образный профиль барьера, в корпус вмонтирован фото- и светозлементы, подключается к цифровому счетчику через гибкие соединительные провода со штекерами, диаметром 4 мм. Питание барьера от счетчика напряжением 5 В	Подключается к цифровому счетчику через гибкие соединительные провода со штекерами, диаметром 40 мм. Питание барьера от счетчика напряжением не более 12 В
		Опорный стержень, материал нержавеющей сталь, длина 100 мм., диаметр 10 мм. с отверстием в торце стержня диаметром 4 мм, глубиной 20 мм.	Опорный стержень, материал нержавеющей сталь, длина 120 мм., диаметр 10 мм. с отверстием в торце стержня диаметром 4 мм, глубиной 20 мм.
		Груз с прорезью, масса 50 г. количество 3 шт.	Груз с прорезью, масса 50 г. количество 1 шт.
		держатель для шкива; материал пластик; диаметр стержня: 10 мм; длина: 120 мм	держатель для шкива; материал металл; диаметр стержня: 10 мм; длина: 200 мм
2	Набор оборудования для проведения лабораторных и практических работ по разделу физики – Термодинамика	опорный стержень, материал нержавеющей сталь, длина 100 мм, диаметр 10 мм, с отверстием в торце стержня диаметром 4 мм, глубиной 20 мм;	опорный стержень, материал нержавеющей сталь, длина 100 мм, диаметр 120 мм, с отверстием в торце стержня диаметром 4 мм, глубиной 20 мм;
		Колба Эрленмайера, объем 100 мл, с широким горлом диаметром 29 мм	Колба Эрленмайера, объем 100 мл, с широким горлом диаметром 20 мм
		Стеклоанальная трубка, длиной 250 мм	Стеклоанальная трубка, длиной 150 мм
		Лабораторный термометр -10 ... 110 град.	Лабораторный термометр -5 ... 105 град.
		Соединительный провод, длиной 500 мм, диаметр штекера 4 мм, количество 2 шт.	отсутствует
		Стеклоанальная трубка прямая, диаметр 8 мм, длиной 80 мм	Стеклоанальная трубка прямая, диаметр 8 мм, длиной 150 мм
		Проволочная сетка с керамикой 160x160 мм	Проволочная сетка с керамикой 150x150 мм
		держатель для стеклянных трубок, материал пластик, имеются технологические крепления для металлических стержней и стеклянных трубок;	держатель для стеклянных трубок, материал металл, имеются технологические крепления для металлических стержней и стеклянных трубок;
3	Набор оборудования для проведения лабораторных и практических работ по разделу физики – Механика – МЕ-1	опорный стержень, материал нержавеющей сталь, соединяется из двух частей общей длиной не менее 600 мм, резьбовое соединение М6 двух частей, количество 3 шт.	отсутствует
		шкив с кордовым покрытием; материал: пластик; с маркировкой точки; с крюком; диаметр шкива: 70 мм, количество 1 шт.	Отсутствует
		рычаг с отверстиями по продольной оси; металлический стержень со шкалой с ценой деления с шагом 20 мм; по длине рычага должно быть 20 равностоящих шпилек; ноль в центре тяжести; ноль в центре тяжести для сборки балансировочного стержня; должны	отсутствует

		быть дополнительно по длине рычага отверстия для изучения неустойчивости; длина рычага 430 мм; количество 1 шт.	
		ось для рычага, стержень из нержавеющей сталь, длиной 88 мм, диаметром 3,5 мм, на концах стержня имеются по одному технологическому отверстию, диаметром 1,5 мм, со стороны одного конца на расстоянии 8 мм имеется напрессованная втулка диаметром 5 мм и длиной 10 мм; количество 1 шт.	отсутствует
		Подвесная угловая шкала для рычага, материал сталь, габариты 102x98x1 мм с технологическими отверстиями для шпилек на рычаге; количество 1 шт.	отсутствует
		держатель для стеклянных трубок, материал пластик, имеются технологические крепления для металлических стержней и стеклянных трубок;	держатель для стеклянных трубок, материал металл, имеются технологические крепления для металлических стержней и стеклянных трубок;
		мерный цилиндр со шкалой, объем 50 мл, цена деления 1 мл, пластик;	мерный цилиндр со шкалой, объем 50 мл, цена деления 1 мл, стекло;
		стеклянная трубка длина l=250 мм, наружный диаметр 8 мм	стеклянная трубка длина l=145 мм, наружный диаметр 8 мм
		набор разновесов, не менее 106 гр., материал гири бронза	набор разновесов, не менее 106 гр., материал гири металл
		сборочный блок – резистор 50 Ом ;	сборочный блок – резистор 51 Ом;
		Сборочный блок – резистор 450 Ом	Сборочный блок – резистор 470 Ом
		Сборочный блок – резистор 5 кОм	Сборочный блок – резистор 5,1 кОм
4	Набор оборудования для проведения лабораторных и практических работ по разделу физики - Электричество и Магнетизм. Часть 1 ЕЕР1	Сборочный блок – резистор 50 кОм	Сборочный блок – резистор 47 кОм
		Сборочный блок - конденсатор 50 нФ	Сборочный блок - конденсатор 47 нФ
		Сборочный блок - конденсатор 50 мкФ	Сборочный блок - конденсатор 47 мкФ
		Сборочный блок - конденсатор 500 мкФ	Сборочный блок - конденсатор 470 мкФ

 /С.В. Кобцев
 /А.В. Кузьмин
 /Е.Б. Майорова
 /Л.Р. Хаблиев
 /И.Н. Морозова